

«СОГЛАСОВАНО»
 Технический директор
 АО «ПКС - Водоканал»
 В. В. Остапчук
 « 18 » декабря 2018 г

Техническое задание

На выполнение подрядных работ по техническому обслуживанию медицинской техники

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований.
1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)	Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал» (АО «ПКС – Водоканал»)
2. Основание для проведения работ	ГОСТ 12.2.085-82 Система стандартов безопасности труда. Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности ГОСТ Р 51935-2002 (ЕН 285-96) Стерилизаторы паровые большие. Общие технические требования и методы испытаний ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная»
3. Наименование и местоположение объекта.	Объекты АО «ПКС - Водоканал» (Цех водоснабжения, лаборатория; Цех очистных сооружений канализации, лаборатория)
4. Источник _ финансирования	Производственная программа 2019 г.
5. Цель и назначение работ	Поддержание в работоспособном состоянии медицинской техники.
6. Основные технико-Экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность	-
7. Режим работы производства.	Круглосуточный.
8. Состав работ	Регулярное, в соответствии с графиком, техническое обслуживание паровых стерилизаторов и аквадистилляторов с выездом к Заказчику.
9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком.	Регулярное, в соответствии с графиком, техническое обслуживание паровых стерилизаторов и аквадистилляторов с выездом к Заказчику.
10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки-заказчик /подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр).	Работы выполняются силами, материалами и средствами подрядчика. График технического обслуживания составляется в расчете на регулярный выезд к заказчику для планового обслуживания. Внеплановые выезды по заявкам заказчика в пределах годового графика.
11. Состав разделов документации и требования к их содержанию	-
12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ	-
13. Требования к технологическим решениям	-

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований.
14. Исходные данные для выполнения работ	Медицинская техника, расположенная в лаборатории по адресам: 1. Наб. Варкауса. 2, Цех водоснабжения, лаборатория - ВК-75 (2 шт), дистиллятор ДЭ-25 (1 шт). 2. Местечко Выгойнаволоок Цех очистных сооружений канализации, лаборатория - дистиллятор ДЭ-25 (1 шт).
15. Требования к сметной документации	нет
16. Требования к природоохранным мероприятиям	нет
17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям	нет
18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка	нет
19. Технические требования к технологическому оборудованию	нет
20. Требования по утилизации (захоронению) отходов	нет
21. Требования к разработке инженерно -технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций	нет
(ИТМ ГОЧС)	нет
22. Сроки выполнения работ(по основным этапам)	2019 г.
23. Требования по согласованию проектной документации.	нет
24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику.	-
25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику.	-
26. Дополнительные требования и условия.	Выезд к заказчику на своем автотранспорте. Внеплановые заявки выполняются в течение 2 рабочих дней.

Составил: начальник ИЛККВ А. В. Платонов